

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Fecha de emisión: 03-01-2017

EC-0015

Versión: V1.1

### I. DESCRIPCIÓN

I.1 BARRA PARALELA DE TERAPIA PARA NIÑOS  
CÓDIGO SAP: 150050166

### II. DEFINICIÓN

II.1 Es un dispositivo mecánico, que se usa comúnmente para la asistencia a los pacientes con alguna dificultad para caminar y movilizarse independientemente.

### III. APLICACIÓN

III.1 Equipo utilizado en áreas de pediatría, rehabilitación, medicina física pediátrica entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal técnico y/o profesional de fisioterapia, rehabilitación, medicina física y otros profesionales de la salud.

### IV. FOTO



### V. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

V.1 Equipo constituido en una plataforma nivelada y con angulación regulable, así como dos barandas o barras para apoyo, separadas unos 30 a 50 cm a una altura regulable. En este caso para uso de niños.

### VI. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS

VI.1 Una (01) Plataforma base nivelada y de angulación regulable.

VI.2 Dos (02) Barras de material sólido.

VI.3 Un (01) Juego de soportes de barras con mecanismos de sujeción y regulación de altura.

### VII. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

VII.1 Barras de aluminio, acero cromado, termo-plástico. Forradas con material lavable y antideslizante.

VII.2 Equipo para trabajar a nivel de piso.

VII.3 Longitud de plataforma: 1.5 m a 2.5 m.

VII.4 Ancho de plataforma: 0.5 m a 0.75 m.

VII.5 Longitud de barras: mínimo 2.5 m.

VII.6 Altura de barras: 0.4 m a 0.6 m.

VII.7 Separación entre barras: 0.3 m a 0.5 m.

### VIII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN

VIII.1 Se requiere colocar la plataforma totalmente nivelada, estable y sin vibraciones.

### IX. NORMATIVA (FACULTATIVA)

IX.1 Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001 o en dispositivos médicos basado en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

