

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Fecha de emisión: 03-01-2017

EC-0030

Versión: V1.1

### I. DESCRIPCIÓN

- I.1 DICTÁFONO DE DOBLE FUNCIÓN  
CÓDIGO SAP: 60060020

### II. DEFINICIÓN

- II.1 Es un dispositivo de registro de muestras de sonido, usado comúnmente para realizar grabaciones que puedan reproducirse posteriormente a manera de bitácora.

### III. APLICACIÓN

- III.1 Equipo utilizado en áreas asistenciales como emergencia, cuidados intensivos, quirófano, radiología entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico y otros profesionales de la salud.

### IV. FOTO



IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL

### V. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- V. 1 Equipo para dictado y transcripción digital a utilizar en los servicios hospitalarios, con sistema de registro de muestra de audio, las mismas que podrán ser grabadas en tarjetas de memoria para poder ser transcritas de acuerdo a la disposición y requerimiento del personal asistencial.

### VI. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS

- VI.1 Un (01) Equipo de dictado y grabación con sistema de grabación en medios digitales y de fácil reproducción, con conectores de salida y entrada.  
VI.2 Dos (02) Auriculares estéreo de alto nivel de hermeticidad auditiva.  
VI.3 Una (01) o más tarjetas de memoria de tipo M, SD o mini SD de 8Gb como mínimo.  
VI.4 Una (01) o más pilas recargables de acuerdo al requerimiento del equipo.  
VI.5 Un (01) Adaptador cargador de pilas o Baterías recargables del equipo, con capacidad de conectarse a red eléctrica de 220VAC, 60 Hz.

### VII. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- VII.1 Grabador de fácil operación por controles de fácil manipulación, con pedal ergonómico para activar grabación.  
VII.2 Ranura para insertar tarjeta de memoria, con memoria de tipo M, SD o mini SD de 8 Gb al menos.  
VII.3 Entradas de micrófono y auriculares de 3.5 mm.  
VII.4 Pantalla de tipo TFT, LCD o mejor, de medidas aproximadas de diagonal de 44mm, con resolución de al menos 128 x 128 pixeles, con iluminación clara y brillante de pantalla.  
VII.5 Con cable de conexión para PC (adicional) en formato fácil y directamente en sistema operativo Windows.  
VII.6 Baterías reusable recargable adecuada al instrumento, con capacidad de conectarse a la red eléctrica de 220 VAC 60 Hz.

### VIII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN

- VIII.1 Suministro eléctrico monofásico, 220VAC, 60 Hz y conectado a sistema de puesta a tierra. (Para adaptador de carga para baterías recargables)

### IX. NORMATIVA (FACULTATIVA)

- IX.1 Certificado de seguridad eléctrica validado por entidad competente basado en la IEC 60601-1.  
IX.2 Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001 o en dispositivos médicos basado en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

