

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Fecha de emisión: 03-01-2017

EC-0054

Versión: V1.1

I. DESCRIPCIÓN

I.1 MARTILLO DE REFLEJOS
CÓDIGO SAP: 20200980

II. DEFINICIÓN

II.1 Es un instrumento de uso en la práctica médica para evaluar la activación de un reflejo.

III. APLICACIÓN

III.1 Equipo utilizado en áreas asistenciales como consultorios externos, rehabilitación física, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO



IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL

V. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

V. 1 Mazo de percusión con una cabeza de goma que se utiliza para golpear sobre tendones, músculos y nervios, con el fin de comprobar la activación de un reflejo.

VI. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS

VI.1 Un (01) cabezal.

VI.2 Un (01) mango.

VII. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

VII.1 Cabezal fabricado de goma.

VII.2 Cuerpo y mango fabricado de acero inoxidable, con un acabado satinado o mate.

VII.3 Debe permitir ser lavado con detergente enzimáticos, con PH neutro bacteriostáticos.

VIII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN

VIII.1 No requiere.

IX. NORMATIVA (FACULTATIVA)

IX.1 Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001 o en dispositivos médicos basado en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

