

FICHA TECNICA DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	
I. DESCRIPCION	
I.1	BIPEDESTADOR NEUROLOGICO PEDIATRICO
	CODIGO SAP: 040150073
II. DEFINICION	
II.1	Equipo utilizado en la neurorehabilitación pediátrica para pacientes con trastornos neuromusculares con afectación de tono, postura y movimiento, que permite adoptar posiciones en prono, supino y vertical. Posee un diseño regulable que permite su ajuste de acuerdo a las medidas antropométricas del paciente.
III. APLICACION	
III.1	Equipo utilizado en áreas asistenciales de Rehabilitación pediátrica entre otras áreas. Este equipo es prescrito por el médico especialista de Medicina de Rehabilitación.
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
IV.1	Un (01) dispositivo de soporte de cabeza
IV.2	Un (01) dispositivo de soporte de tórax/tronco
IV.3	Un (01) dispositivo de soporte de cadera/pelvis
IV.4	Un (01) dispositivo de soporte de rodilla
IV.5	Un (01) dispositivo de soporte para pies
IV.6	Una (01) bandeja o mesa de actividades
V. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
V.1	Equipo con chasis fabricado en material metálico con base móvil.
V.2	Con capacidad para adaptarse a las posiciones: Prono, supino y vertical.
V.3	Con mecanismo de inclinación con amortiguador de gas o neumático activado mediante pedal.
V.4	Ángulo de inclinación desde 15° hasta 90° o rango más amplio.
V.5	Con capacidad para ajustarse a la altura del paciente desde 810 mm hasta 1100 mm o rango más amplio.
V.6	Con capacidad para posicionar una bandeja o mesa de actividades.
V.7	Con módulos o paneles intercambiables para tórax/tronco y caderas/pelvis.
V.8	Dispositivo de soporte de cabeza acolchado, desmontable y regulable en altura.
V.9	Dispositivo de soporte de tórax/tronco, regulable, tipo arnés o cinturón.
V.10	Dispositivo de soporte de cadera/pelvis regulable y/o ajustable.
V.11	Dispositivo de soporte de rodilla regulable y/o ajustable.
V.12	Dispositivo de soporte de pies tipo zapatos o sandalias. Graduable y con ángulo ajustable.
V.13	Con almohadillas para los dispositivos de soporte, impermeables e intercambiables.
V.14	Base móvil con cuatro ruedas como mínimo, giratorias y con sistema de frenos.
V.15	Con capacidad de carga de pacientes pediátricos de 30 Kg o más.
VI. CONDICIONES DE PREINSTALACION	
VI.1	Ninguna
VII. NORMATIVA (FACULTATIVA)	
VII.1	Certificado de Gestión de la Calidad en dispositivos médicos basado en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

