

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 040050134

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA

UNIDADES FUNCIONALES : BANCO DE SANGRE

PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO PARA MANTENER LAS BOLSAS DE PLAQUETAS EN UN MOVIMIENTO CONTINUO A UNA TEMPERATURA ÓPTIMA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CAPACIDAD PARA 80 BOLSAS COMO MÍNIMO
- A02 BANDEJAS O GAVETAS HORIZONTALES DESMONTABLES O DESPLAZABLES
- A03 LAS BANDEJAS O GAVETAS DEBERÁN TENER AGUJEROS QUE FACILITEN LA AIREACIÓN
- A04 VELOCIDAD DE AGITACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 65 A 75 RPM
- A05 ALARMA AUDIBLE POR FALLA EN LA AGITACIÓN
- A06 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA QUE PERMITA ACTUAR LA ALARMA FOR FALLA DE ENERGÍA
- A07 SILENCIADOR DE ALARMA

INCUBADORA

- A08 CAPACIDAD PARA INCORPORAR DENTRO DE LA CÁMARA AL AGITADOR DE PLAQUETAS
- A09 PUERTA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- A10 TEMPERATURA PROGRAMABLE DE 20 A 24°C (TEMPERATURA ÓPTIMA DE TRABAJO 22°C)
- A11 CON VENTILADOR PARA HOMOGENIZAR LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA
- A12 ALARMA DE ALTA O BAJA TEMPERATURA
- A13 CON REGISTRO DE TEMPERATURA

B ACCESORIOS

Las cantidades son referenciales, los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- B01 UN (01) JUEGO DE BANDEJAS O GAVETAS DE ACERO INOXIDABLE

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

CEE: MDD 93/42 EEC "Directiva de dispositivos médicos".
IEC/UL/EN 60601-1 "Estándares de diseño de equipos médicos"
ISO 13485 : 2016 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)

