

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-019	40090057

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : BALÓN INTRAORTICO

UNIDADES FUNCIONALES : CARDIOLOGÍA

PACIENTES : ADULTOS - NIÑOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

SISTEMA DE ASISTENCIA CIRCULATORIA MECÁNICA INTRACORPÓREA TEMPORAL CON EL OBJETO DE MEJORAR EL APORTE DE OXÍGENO AL MIOCARDIO Y REDUCIR LA CARGA DEL CORAZÓN

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 TRANSPORTABLE.
- A02 TECLADO INCORPORADO EN EL PANEL O INDEPENDIENTE.

B SEÑALES HEMODINÁMICAS DEL PACIENTE

- B01 ECG, TRES DERIVADAS O MÁS.
- B02 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA.

C PANTALLA

- C01 TAMAÑO 5" DIAGONAL O MAS.
- C02 GRAFICA DE DOS (02) ONDAS SIMULTANEAS COMO MÍNIMO, SELECCIÓN ENTRE ECG, PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA Y PRESIÓN DEL BALÓN.

D SEÑAL DE DISPARO

- D01 ECG, CON SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA SEÑAL.
- D02 MARCAPASO A/V.
- D03 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA.
- D04 MODO INTERNO.

E SISTEMA NEUMÁTICO

- E01 GAS USADO : HELIO.
- E02 CAPACIDAD DE BOMBEO PARA BALONES DE HASTA 50 cc.
- E03 SISTEMA DE PURGADO AUTOMÁTICO.
- E04 DETECCIÓN DE FUGA DE GAS O PRESENCIA DE SANGRE.

F REGISTRADOR

- F01 TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO (MATRIZ DE PUNTOS).
- F02 DOS CANALES O MÁS.

G ACCESORIOS

- G01 COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO.
- G02 DOS (02) CABLES TRONCALES ECG, CADA UNO CON SUS CABLES-RAMALES.
- G03 OCHO (08) JUEGOS COMPLETOS DE CATÉTER/BALÓN INTRAÓRTICO TAMAÑO 42 cc ± 2 cc, DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE CATÉTER/BALÓN INTRAORTICO TAMAÑO 32 cc ± 2 cc. CADA CATÉTER/BALÓN INTRAÓRTICO CON SENSOR DE PRESIÓN ÓPTICO.
- G04 DOS (02) CABLE-CONECTOR EXTENSOR AL EQUIPO PARA EL JUEGO COMPLETO DE CATÉTER/BALÓN INTRAÓRTICO.
- G05 DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE.
- G06 TANQUE REUSABLE DE GAS.
- G07 DOS (02) TANQUES DESCARTABLES DE GAS.

H REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- H01 220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
- H02 BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA, AUTONOMÍA DOS (02) HORAS O MÁS

