

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-021	40050116



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

REV. 09-08-2016

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : BILIRRUBINOMETRO

UNIDADES FUNCIONALES : NEONATOLOGIA

PACIENTES : NEONATOS

DEFINICION FUNCIONAL

EQUIPO NO INVASIVO QUE UTILIZA LA VIA TRANSCUTANEA PARA LA MEDICION DE LOS NIVELES DE BILIRRUBINA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES :

- A01 EQUIPO PORTATIL
- A02 METODO DE ABSORCION DE LUZ
- A03 PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL
- A04 RANGO DE MEDIDA; 0 A 20 mg/dl ó MAYOR
- A05 PRECISION: +/- 2 mg/dl ó MENOS
- A06 PARA SER USADO ANTES DE LA FOTOTERAPIA

B ACCESORIOS

- B01 50 PUNTAS DE CALIBRACION (SI EL EQUIPO LO REQUIERE POR DISEÑO DE FABRICA)
- B02 50 PARCHES PARA FOTOTERAPIA
- B03 01 MALETIN DE TRANSPORTE
- B04 01 BATERIA RECARGABLE ADICIONAL

C REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- C01 FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE
- C02 CARGADOR DE BATERIA A 220 V/60 HZ

REQUERIMIENTOS TECNICOS OPCIONALES

- D01 INTERFACE CON CAPACIDAD PARA TRANSFERENCIA DE DATOS
- D02 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (PARA IDENTIFICACION DEL NEONATO)

