

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-028	70010296



REV. 29-10-2015

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : EMERGENCIA, TRAUMA SHOCK

PACIENTES : ADULTOS-NIÑOS.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO DE TIPO HIDRAULICO UTILIZADO PARA DESCANSO DE PACIENTES CRITICOS Y CON FACILIDADES PARA EL ABORDAJE DE LOS ESPECIALISTAS MEDICOS, DE PLATAFORMA HIDRAULICA CON ELEVACION Y ANGULACIONES QUE PERMITAN EL TRATAMIENTO ADECUADO DEL PACIENTE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 BARANDAS LATERALES RETRACTILES.
- A02 CON PARACHOQUES Y/O AMORTIGUADORES EN TODO EL PERIMETRO.
- A03 CON SISTEMA DE SOPORTE BASADO EN DOS COLUMNAS RETRACTILES PARA FIJAR LA ALTURA.
- A04 CON COMANDO CENTRALIZADO DE MANEJO
- A05 FÁCIL DESPLAZAMIENTO EN TODAS LAS DIRECCIONES.
- A06 CON AGARRADERA O MANUBRIOS ABATIBLES PARA TRANSPORTE
- A07 ANCHO DE LA PLATAFORMA INCLUIENDO BARANDAS DE MINIMO 81 CM.
- A08 CON BANDEJA EN LA BASE DE LA CAMILLA PARA SOPORTE DE CILINDRO DE OXIGENO
- A09 CON PIECERA DE CAMA CON SOPORTE DE HISTORIA CLINICA,

B COMPONENTES

PLATAFORMA DE PACIENTE

- B01 AJUSTE DE ALTURA HIDRAULICO DE 61 A 94 CM COMO MINIMO.
- B02 POSICIÓN TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSA DE $\pm 17^\circ$ O MÁS ACTIVADO POR LOS PEDALES.
- B03 POSICION FOWLER DE ANGULACION DE ESPALDAR DE 0 A 90° (GRADOS), ASISTIDO POR SISTEMA NEUMATICO.
- B04 PLATAFORMA DE PACIENTE TERMOFORMADA EN ABS O MATERIAL RESISTENTE
- B05 RADIOLUCIDA A LO LARGO DE LA CAMILLA
- B06 LARGO TOTAL MINIMO DE 210CM.
- B07 SOPORTE DE PESO MINIMO DE 300KG.

RUEDAS

- B08 RUEDAS MINIMO DE 20 CM DE DIAMETRO
- B09 SISTEMA DE FRENOS EN LAS CUATROS (04) RUEDAS
- B10 QUINTA (5TA) RUEDA PARA FACIL DIRECCIÓN

C ACCESORIOS

- C01 UN (01) COLCHON DE ESPUMA DE GRADO MEDICO, DE MINIMO 10 CM DE ESPSOR, 190 CM DE LARGO Y 76 CM DE ANCHO.
- C02 UN (01) PORTASUEROS TELESCÓPICO (DESMONTABLE)
- C03 UN(01) JUEGO DE FAJAS O CORREAS PARA SUJETAR PACIENTE

