

| | |
|---------------------|-------------------|
| CODIGO IETSI | CODIGO SAP |
| EB-097 | 40150050 |



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

REV. 28-01-2016

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AURICULOTERAPIA

UNIDADES FUNCIONALES : MEDICINA COMPLEMENTARIA

PACIENTES : TODOS

DEFINICION FUNCIONAL

PERMITE REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ENERGETICO A TRAVES DE LOS DIFERENTES PUNTOS ACUPUNTURALES SITUADOS EN EL PABELLON AURICULAR

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

| | |
|----------|--|
| A | GENERALES : |
| A01 | PORTATIL |
| A02 | INTENSIDAD DE CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO NO MAYOR 32mA |
| A03 | DETECCION DE PUNTOS ACUPUNTURALES UBICADOS EN EL PABELLON AURICULAR |
| A04 | FRECUENCIA DE SALIDA TERAPEUTICAS HASTA 99Hz O RANGO MAYOR |
| A05 | UN (01) ESTIMULADOR ELECTRICO EN PUNTOS ACUPUNTURALES |
| A06 | REGULACION DE LA CORRIENTE DE ESTIMULACION |
| A07 | FORMA DE PULSO BIFASICO CUADRADO |
| B | ACCESORIOS : |
| B01 | ESTUCHE DE TRANSPORTE |
| B02 | UN (01) ESTIMULADOR ELECTRICO EN PUNTOS ACUPUNTURALES |
| C | REQUERIMIENTO DE ENERGIA |
| C01 | FUNCIONAMIENTO A BATERIA(S) RECARGABLE(S) (INCLUYE CARGADOR) O FUENTE DE ALIMENTACION DE 9 VOLTIOS |

