

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-155	40050063



fecha de elaboracion 20-09-2015

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : GLUCOMETRO

UNIDADES FUNCIONALES : LABORATORIO / CONSULTA EXTERNA / OTROS

PACIENTES : TODOS

DEFINICION FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE EMPLEANDO EL METODO FOTOMETRICO (REACCION QUIMICA) Y/O AMPERIMETRICO (ELECTROQUIMICO), CON MUESTRA DE SANGRE CAPILAR VENOSA Y ARTERIAL

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES :

- A01 PORTATIL, DE USO HOSPITALARIO
- A02 PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL
- A03 RANGO DE MEDICION: LIMITE INFERIOR 20mg/dL ó MENOS Y LIMITE SUPERIOR 400 mg/dL ó MÁS
- A04 INDICADOR DE BATERIA BAJA
- A05 SISTEMA DE CALIBRACION AUTOMATICA O AUTOCODIFICACION (EN CASO LO REQUIERA POR DISEÑO DE FABRICA)
- A06 MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE 400 RESULTADOS O MAS
- A07 TIEMPO DE MEDICION MENOR O IGUAL A 30 SEGUNDOS

B ACCESORIOS

- B01 DOS (02) LANCETEROS
- B02 DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE LANCETAS
- B03 CIEN (100) TIRAS REACTIVAS (CINTAS FLEXIBLES, ASEPTICAS, VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.5 - 2uL)
- B04 ESTUCHE PARA GUARDAR EL EQUIPO

C REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- C01 BATERIA(S) CON DURACION PARA MAS DE 700 PRUEBAS

