

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP: 040070041

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : LAVADOR DESINFECTOR

UNIDADES FUNCIONALES : CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

PACIENTES : TODOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

E ACCESORIOS

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- C01 DOS JUEGOS DE CESTAS (BANDEJAS) CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN LA CANTIDAD SEÑALADA EN A02.
- C02 DOS (02) RACKS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE PARA CANASTILLAS DE LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.
- C03 UN (01) RACK CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, ADECUADO PARA LAVAR RIÑONERAS, LAVATORIOS.
- C04 UN (01) RACK CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, ADECUADO PARA LAVAR BOTELLAS DE VIDRIO DE DIFERENTE TAMAÑOS.
- C05 UN (01) RACK CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, ADECUADO PARA LAVAR TUBOS DE DIFERENTES DIÁMETROS, CORRUGADOS Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE ANESTESIA.
- C06 UN (01) RACK CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE PARA LAVAR INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO O CANULADO.
- C07 DOS (02) COCHES PARA EL TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE LOS RACKS EN EL EQUIPO LAVADOR DESINFECTOR.
- C08 ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE ADECUADO PARA ALMACENAR LOS RACKS Y CESTAS (BANDEJAS)
- C09 DUCTO O TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE ADECUADO PARA LA VENTILACIÓN DEL EQUIPO LAVADOR DESINFECTOR (INCLUYE APERTURA DEL VANO, RESANES, CODOS Y OTROS ACCESORIOS). LONGITUD APROXIMADA: 3 m.
- C10 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CUBRIR LOS INTERSTICIOS ENTRE EL EQUIPO LAVADOR Y EL VANO. DIMENSIONES APROXIMADAS DEL VANO: 2300 mm X 1500 mm.

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

ISO 9001 : 2008 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems -- Requirements)

ISO 13485 : 2003 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)

Norma Técnica N° IR.003.2013 "Requisitos de Protección Radiológica en Diagnóstico Médico con Rayos X" (Instituto Peruano de Energía Nuclear)

ISO 15883-2:2006 "Lavadores Desinfectores - Parte 2 : Requisitos y ensayos para lavado y desinfección que emplean desinfección térmica de instrumental quirúrgico, equipos de anestesia , cuencos , platos , receptores, utensilios , cristalería, etc." (Washer-disinfectors -- Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc.)

IEC 61010-2-040:2015 "Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida , control y uso en laboratorio - Parte 2-040 : Requisitos particulares para esterilizadores y lavadores-desinfectores utilizados para tratar materiales médicos" (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials)

