

<b>CODIGO IETSI</b>	<b>CODIGO SAP</b>
EB-184	40030064

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**CODIGO SAP: 040030064**

**DENOMINACION DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO**

**UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : CENTRO QUIRURGICO**

**PACIENTES : ADULTOS - PEDIATRICOS**

### DEFINICION FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO COMO SOPORTE PARA EL CUERPO DEL PACIENTE, SIRVE PARA REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES, PERMITIENDO QUE ADOpte POSICIONES ADECUADAS Y BRINDANDO UNA EXPOSICIÓN OPTIMA DEL CAMPO QUIRURGICO.

### REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

#### A GENERALES

- A01 RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS.
- A02 ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: ELECTROHIDRAULICO Y/O ELECTROMECHANICO.
- A03 RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO.
- A04 COMANDO DE CONTROLES CON CABLE.
- A05 COMANDO DE CONTROLES INFRAROJO (REMOTO), INCLUIR CARGADOR SI LO REQUIERE.
- A06 CONTROLES AUXILIARES UBICADOS EN LA BASE O COLUMNA.
- A07 PEDAL DE CONTROL
- A08 FUNCION QUE PERMITA VOLVER AL TABLERO A UNA POSICION HORIZONTAL O CARACTERISTICA (FUNCION NIVEL O RETORNO).
- A09 FUNCION DE ORIENTACION DEL PACIENTE, NORMAL E INVERSA.
- A10 SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
- A11 CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACION DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X
- A12 DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C).
- A13 PLACA APOYA PIERNAS: EN DOS PIEZAS (UNA PARA CADA PIERNA, CON ANGULACION DE SEPARACION) O EN UNA PIEZA (EN ESTE CASO ADICIONAR UN PAR DE PORTA PIERNAS PARA EL PIE Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA, CON REGULACION DE ALTURA MEDIANTE PISTON, ANGULACION DE SEPARACION, ALMOHADILLAS Y FIJADOR A RIEL LATERAL).
- A14 CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 270 kg.
- A15 INTERFACE CON CAPACIDAD PARA DIAGNOSTICO Y/O SERVICIO TECNICO

#### B CONTROL DE MOVIMIENTOS

- B01 TRENDELENBURG 25° O MAS.
- B02 TRENDELENBURG INVERSA 25° O MAS.
- B03 SECCION ESPALDA HACIA ABAJO 25° O MAS.
- B04 SECCION ESPALDA HACIA ARRIBA 55° O MAS.
- B05 INCLINACIONES LATERALES 18° O MAS.
- B06 SECCION PIERNAS HACIA ABAJO 90° O MAS.
- B07 SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA 30° O MAS.
- B08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1000mm COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO.
- B09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 770mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.
- B10 MOVIMIENTO FLEX
- B11 MOVIMIENTO REFLEX ó BEACH CHAIR

#### C ADITAMENTOS

- C01 ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSION LATERAL CON FIJADOR A RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
- C02 APOYA BRAZO, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACION (DOS UNIDADES).



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**CODIGO SAP: 040030064**

**DENOMINACION DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO**

**UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : CENTRO QUIRURGICO**

**PACIENTES : ADULTOS - PEDIATRICOS**

**REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS**

- C03 . APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICION EN DE CUBITO LATERAL CON CORREA Y FIJADOR AL RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
- C04 SOPORTE LATERAL ACOLCHADO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL (UN PAR).
- C05 PIERNERAS DE GOEPEL ACOLCHADO, CON CORREA DE FIJACION, CON ARTICULACION ESFERICA Y FIJADORES A LOS RIELES LATERALES (UN PAR).
- C06 FIJADOR RADIAL (GIRATORIO) CON TORNILLO DE FIJACION AL RIEL LATERAL (CUATRO UNIDADES).
- C07 PORTA CHASIS PARA RAYOS X (UNA UNIDAD).
- C08 COLCHONETAS LAVABLES, ANTIESTATICAS Y TRANSPARENTES A LOS RAYOS X (UN JUEGO COMPLETO).
- C09 CINTURON DE FIJACION PARA EL PACIENTE (UNA UNIDAD).
- C10 CABECERA DESMONTABLE (UNA UNIDAD).
- C11 CARRO-COCHES PORTA ACCESORIOS (UNA UNIDAD).
- C12 PLACA(S) APOYA PIES PARA POSICION TRENDELENBURG INVERSA.
- C13 MUÑEQUERAS (UN PAR) PARA RIELES LATERALES Y UNA UNIDAD PARA SOPORTE-ARCO DE ANESTESIA
- C14 . APOYA CABEZA CON SISTEMA DE FIJACIÓN ARTICULABLE (UNA UNIDAD)
- C15 PORTASUERO TELESCOPICO MULTIPLE (UNA UNIDAD)
- C16 APOYA HOMBRO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL (UN PAR)
- C17 BOTAS O PIERNERAS ACOLCHADAS, CON CORREA DE FIJACIÓN, CON SISTEMA HIDRAULICO O NEUMATICO DE FIJACIÓN
- D REQUERIMIENTO DE ENERGIA**
- D01 220V/60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
- D02 CON BATERIAS RECARGABLES CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA EN LA COLUMNA O EN EL CONTROL REMOTO (CON CABLE O INFRARROJO)

**REQUERIMIENTOS TECNICOS OPCIONALES**

- E01 SECCIONES DEL TABLERO DE FIBRA DE CARBON
- E02 CAPACIDAD DE USO EN QUIROFANO INTEGRADO

**NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)**

ISO 13485 : 2003 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)

ISO 9001 : 2008 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements)

NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente)

