

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-186	40090068

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO SAP: 040090068

DENOMINACION DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : CENTRO QUIRURGICO

PACIENTES : ADULTOS - PEDIATRICOS

DEFINICION FUNCIONAL

EQUIPO DEFINIDO COMO MESA QUE PERMITE REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES, ACCIONADO A TRAVES DE UN SISTEMA MECANICO Y/O HIDRAULICO PARA LOS CAMBIOS DE POSICION Y MOVIMIENTOS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO.
- A02 SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
- A03 CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACION DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X
- A04 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO EN C).
- A05 PLACA APOYA PIERNAS DIVIDIDA EN 02 PIEZAS (UNA PARA CADA PIerna CON ANGULACION DE SEPARACION).
- A06 CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 200 kg.

B CONTROL DE MOVIMIENTOS

- B01 TREDELENBURG 25° O MAS.
- B02 TREDELENBURG INVERSA 25° O MAS.
- B03 SECCION ESPALDA HACIA ABAJO 40° O MAS (ACCIONAMIENTO MECANICO Y/O HIDRAULICO).
- B04 SECCION ESPALDA HACIA ARRIBA 60° O MAS (ACCIONAMIENTO MECANICO Y/O HIDRAULICO).
- B05 INCLINACIONES LATERALES 15° O MAS.
- B06 SECCION PIERNAS HACIA ABAJO 90° O MAS (ACCIONAMIENTO MECANICO Y/O HIDRAULICO).
- B07 SECCION PIERNAS HACIA ARRIBA 0° O MAS (ACCIONAMIENTO MECANICO Y/O HIDRAULICO).
- B08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1000mm COMO MINIMO RESPECTO AL SUELO (ACCIONAMIENTO HIDRAULICO).
- B09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 760mm O MENOS RESPECTO AL SUELO (ACCIONAMIENTO HIDRAULICO).

C ADITAMENTOS

- C01 ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSION LATERAL CON FIJADOR AL RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
- C02 APOYA BRAZO, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACION (DOS UNIDADES).
- C03 APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICION EN DE CUBITO LATERAL CON CORREA Y FIJADOR AL RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
- C04 SOPORTE LATERAL ACOLCHADO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL (UN PAR).
- C05 PIERNERAS DE GOEPEL ACOLCHADO, CON CORREA DE FIJACION, CON ARTICULACION ESFERICA Y FIJADORES A LOS RIELES LATERALES (UN PAR).
- C06 FIJADOR RADIAL (GIRATORIO) CON TORNILLO DE FIJACION AL RIEL LATERAL (DOS UNIDADES).
- C07 PORTA CHASIS PARA PLACAS RADIOGRAFICAS (UNA UNIDAD).
- C08 COLCHONETAS LAVABLES Y TRANSPARENTES A LOS RAYOS X (UN JUEGO COMPLETO).
- C09 CINTURON DE FIJACION PARA EL PACIENTE (UNA UNIDAD).
- C10 CABECERA DESMONTABLE (UNA UNIDAD).
- C11 CARRO-COCHE PORTA ACCESORIOS (UNA UNIDAD).
- C12 PLACA(S) APOYA PIES PARA POSICION TREDELENBURG INVERSA.
- C13 MUÑQUERAS: UN PAR PARA RIELES LATERALES Y UNA UNIDAD PARA SOPORTE-ARCO DE ANESTESIA.
- C14 (01) UNIDAD: APOYA CABEZA CON SISTEMA DE FIJACION ARTICULABLE Y ANATÓMICA (NO CONFUNDIRSE CON LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CABEZA DE LA PLACA DEL TABLERO).
- C15 PORTASUERO TELESCOPICO MULTIPLE (UNA UNIDAD).
- C16 APOYA HOMBRO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL (UN PAR).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP: 040090068

DENOMINACION DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : CENTRO QUIRURGICO

PACIENTES : ADULTOS - PEDIATRICOS

REQUERIMIENTOS TECNICOS OPCIONALES

D01 ELEVADOR DE RINON

D02 MOVIMIENTO FLEX

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

ISO 13485 : 2003 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)

ISO 9001 : 2008 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements)

