



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO SAP: 040090100

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA DE PARTOS ELÉCTRICA

UNIDAD FUNCIONAL : SALA DE PARTOS

TIPO DE PACIENTES : GESTANTES

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMEDICO DE DISEÑO ERGONOMICO TIPO MESA/CAMA PARA LA ATENCION DEL PARTO, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES OBSTETRICAS CON ACCIONAMIENTO POR SISTEMA ELECTRICO. PERMITE A LA GESTANTE ADOPTAR MULTIPLES POSICIONES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CON RIELES O BARRAS LATERALES PARA COLOCAR ACCESORIOS
- A02 ACCIONAMIENTO ELECTRICO Y MOTORIZADO (RUIDO MENOR O IGUAL A 65dB)
- A03 PANEL(ES) DE CONTROL, PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA MESA, INCLINACIÓN DEL ASIENTO E INCLINACION DEL RESPALDO COMO MINMO.
- A04 BARANDAS O ASAS LATERALES PLEGABLES O RECLINABLES
- A05 PLACA O SEGMENTO APOYA PIERNAS (O APOYA PIES) DESLIZABLE BAJO EL ASIENTO O DESMONTABLE.
- A06 ANCHO TOTAL DE LA SECCION DE RESPALDO O ASIENTO ENTRE 960 Y 1020 mm (SIN ACCESORIOS)
- A07 CARGA MAXIMA MAYOR O IGUAL A 200 Kg
- A08 RODABLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO O FRENO
- A09 APTO PARA COLOCAR PORTASUEROS
- A10 GRADO DE PROTECCION IPX4 O SUPEROR

MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

- A11 ASCENDENTE HASTA 850 mm O MAS RESPECTO AL SUELO.
- A12 DESCENDENTE HASTA 600mm O MENOS RESPECTO AL SUELO.
- A13 INCLINACION DEL RESPALDO DE HASTA 70° O MAS
- A14 INCLINACION DEL ASIENTO DE HASTA 12° O MAS
- A15 TRENDELENBURG.

POSICIONES DE LA GESTANTE

- A16 POSICION GINECOLOGICA
- A17 POSICION SENTADA O SEMISENTADA (USO CON ASAS O PALANCAS DE AGARRE).
- A18 POSICION VERTICAL (USO CON BARRA O AGARRADERA EN LA BASE).

B ADITAMENTOS/ACCESORIOS

- B01 JUEGO COMPLETO DE COLCHONETAS CON CUBIERTA IMPERMEABLE Y SIN COSTURAS (SELLADOS).
- B02 PORTA PIERNA ACOLCHADA, CON CORREA DE FIJACION, CON ARTICULACION ESFERICA (UN PAR) Y APOYA PIE (UN PAR).
- B03 CUBETA O PALANGANA DE DESECHOS PROFUNDA (UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO) DE ACERO INOXIDABLE (UNA UNIDAD).
- B04 DOS (02) ASAS O PALANCAS DE AGARRA LATERALES
- B05 UNA (01) BARRA O AGARRADERA
- B06 DOS (02) ó MAS PORTASUEROS TELESCOPICOS REGULABLES EN ALTURA (DESMONTABLES)
- B07 CONTROL REMOTO O PEDAL (ALAMBRICO O INALAMBRICO), PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTOS: ALTURA, RESPALDAR Y ASENTO COMO MINIMO)

C REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

- C01 220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
- C02 BATERIAS DE RESPALDO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO SAP: 040090100

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA DE PARTOS ELÉCTRICA
 UNIDAD FUNCIONAL : SALA DE PARTOS
 TIPO DE PACIENTES : GESTANTES

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- D01 SISTEMA DE LLAMADA A PERSONAL ASISTENCIAL
- D02 CAPACIDAD DE REALIZAR POSICION RCP

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

ISO 13485 : 2016 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios"
 (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)
 ISO 9001 : 2015 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements)
 NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente)

