

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-217	40110133



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

REV. 11-12-2014

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : PROCTOSIGMOIDOSCOPIO ADULTO / PEDIATRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): GASTROENTEROLOGÍA.

PACIENTES : ADULTOS / NIÑOS.

DEFINICION FUNCIONAL

PARA USO EN DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, ENDOLIGADURAS Y TOMA DE BIOPSIAS DE SISTEMA DIGESTIVO BAJO (RECTO - SIGMOIDEO) MEDIANTE SISTEMA ENDOSCÓPICO RIGIDO.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A	GENERALES
A01	ANOSCOPIOS Y SIGMOIDOSCOPIOS FABRICADOS EN MATERIALES METÁLICOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO
B	COMPONENTES
	ANOSCOPIOS
B01	ANOSCOPIO REUSABLE CON FIBRA OPTICA, PUNTA BISELADA O RECTA DE DIAMETRO ENTRE 18 - 21 mm. Y LONGITUD ENTRE 6 - 11 cm. (CON OBTURADOR)
B02	ANOSCOPIO REUSABLE CON FIBRA OPTICA, PUNTA BISELADA O RECTA DE DIAMETRO ENTRE 22 - 26 mm. Y LONGITUD ENTRE 6 - 11 cm. (CON OBTURADOR)
	SIGMOIDOSCOPIOS
B03	DOS (02) PROCTO-SIGMOIDOSCOPIOS RIGIDOS REUSABLES CON FIBRA OPTICA PARA ILUMINACION, DE DIAMETRO ENTRE 18 - 21 mm. Y LONGITUD ENTRE 20 - 25 cm. (CON OBTURADOR)
B04	UN (01) PROCTO-SIGMOIDOSCOPIO RIGIDO REUSABLE PEDIATRICO CON FIBRA OPTICA PARA ILUMINACION, DE DIAMETRO ENTRE 11 - 13 mm. Y LONGITUD ENTRE 10 - 20 cm (CON OBTURADOR)
	SISTEMA DE ILUMINACION
B05	ILUMINACION POR LAMPARA HALOGENA (LUZ FRIA)
B06	COMPATIBLE CON LOS ANOSCOPIOS Y SIGMOIDOSCOPIOS OFERTADOS
C	ACCESORIOS
C01	DOS (02) TUBOS DE SUCCION
C02	DOS (02) BOMBILLAS O PERAS DE INSUFLACION
C03	TRES (03) LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO
C04	MALETIN PORTAEQUIPO
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
D01	220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

