

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-230	40050093

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP: 040050093

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : ROTADOR ORBITAL
 UNIDADES FUNCIONALES : LABORATORIO
 PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

UTILIZADO PARA MEZCLAR, HOMOGENIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS PRIMORDIALMENTE SEROLÓGICAS, Y TAMBIÉN DE USO EN LA PREPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE MUESTRAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- A GENERALES**
 - A01 ÁREA DE LA PLATAFORMA NO MENOR A 800 cm².
 - A02 VELOCIDAD PROGRAMABLE: DE 50 rpm O MENOS A 300 rpm O MÁS Y OPERACIÓN CONTINUA.
 - A03 TIEMPO PROGRAMABLE HASTA 30 MINUTOS COMO MÍNIMO
 - A04 CARGA MÁXIMA NO MENOR A 4 kg.
 - A05 ORBITA MAYOR O IGUAL A 10 mm
 - A06 CON VISUALIZACIÓN DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO
 - A07 INTERFAZ DE DATOS USB O RS232.

 - B COMPONENTES**
 - B01 PLATAFORMA DE MONTAJE UNIVERSAL
 - B02 PLATAFORMA DE GOMA

 - D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA**
 - C01 220 VAC / 60Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

 - E ACCESORIOS**
 - E01 CLAMPS PARA CINCO TIPOS DE FRASCOS COMO MÍNIMO
- La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

ISO 9001 : 2008 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements)
 ISO 13485 : 2003 "Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes)

