

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-239	40150027



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

REV. 28-01-2016

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

**DENOMINACION DEL EQUIPO** : TENS ANALGÉSICO

**UNIDAD FUNCIONAL (Servicio)** : MEDICINA COMPLEMENTARIA

**TIPO DE PACIENTE** : TODOS

### DEFINICION FUNCIONAL

PARA EL CONTROL DEL DOLOR AGUDO Y CRONICO MEDIANTE LA ELECTROANALGESIA UTILIZANDO ONDAS DE DIFERENTE FORMA, FRECUENCIA Y MAGNITUD.

### REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

#### A GENERALES

- A01 PORTATIL
- A02 MODOS: CONTINUA, MODULADA Y BURST
- A03 FORMA DE ONDA: ASIMETRICA BIFASICA Y/O SIMETRICA
- A04 FRECUENCIA DE PULSO AJUSTABLE
- A05 ANCHO DE PULSO AJUSTABLE
- A06 DOS (02) CANALES INDEPENDIENTES

#### B ACCESORIOS

- B01 DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE CABLES DE CONEXIÓN
- B02 TRES (03) JUEGOS DE ELECTRODOS
- B03 DIEZ (10) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR PARA ELECTROTERAPIA DE 250 ml
- B04 ESTUCHE ó MALETIN PARA EL EQUIPO

#### C REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- C01 220VAC / 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) Y/O CON BATERIAS RECARGABLES (INCLUYE CARGADOR)

