

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040130012

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : UNIDAD DENTAL CON SILLÓN INCORPORADO

UNIDADES FUNCIONALES : ODONTOLOGÍA

PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BÁSICO QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN GENERAL.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 UNIDAD DENTAL CON SILLÓN INCORPORADO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MÓDULOS DE CONTROL, LÁMPARA DENTAL, ESCUPIDERA, DISPENSADOR DE AGUA, PEDAL DE CONTROL, EN UN SISTEMA INTEGRADO Y TABURETE.
- A02 PROGRAMACIÓN PARA TRES (03) POSICIONES DE TRABAJO COMO MÍNIMO.

B COMPONENTES

MODULO DE CONTROL

- B01 BANDEJA DE TRABAJO (PORTA INSTRUMENTAL) INCORPORADO CON MEDIDAS DE 40 cm DE LARGO O MAYOR Y 25 cm DE ANCHO O MAYOR.
- B02 CINCO (05) ADAPTADORES DE SALIDA COMO MÍNIMO: UNO (01) PARA ALTA VELOCIDAD, MICROMOTOR, JERINGA TRIPLE, LÁMPARA DE FOTOCURADO Y PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO, CON CONECTOR TIPO BORDEN.
- B03 MANGUERAS DE POLIURETANO SIN UNIONES TOTALMENTE ASÉPTICAS, QUE PERMITAN EL USO DE DESINFECTANTES.
- B04 NEGATOSCOPIO INCORPORADO.
- B05 MANÓMETRO VISIBLE PARA REGISTRO Y REGULADO DE AIRE.
- B06 BRAZO NEUMÁTICO MÓVIL (ASCENSO Y DESCENSO, DERECHA E IZQUIERDA) Y AJUSTABLE.
- B07 UN (01) PEDAL DE ACTIVACIÓN, COMO MÍNIMO, QUE PERMITA CONTROLAR LA PIEZA DE MANO, MICROMOTOR Y PIEZA DE ULTRASONIDO.
- B08 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESINFECTANTE A TRAVÉS DE DOS (02) RECIPIENTES.

LÁMPARA DENTAL

- B09 BRAZO COMPENSADO MÓVIL y AJUSTABLE.
- B10 CABEZAL CON MANIJAS QUE FACILITEN LA ROTACIÓN TANTO HORIZONTAL, COMO VERTICAL.
- B11 LUZ LED DE INTENSIDAD VARIABLE.
- B12 CON SENSOR PARA ACTIVACIÓN O REGULACIÓN DE INTENSIDAD.
- B13 CON SISTEMA DE REDUCCIÓN DE SOMBRAS.
- B14 MICA PROTECTORA PARA PANTALLA COMPLETA.
- B15 INTENSIDAD DE LUZ ENTRE 18000 Y 30000 LUX o RANGO MÁS AMPLIO.
- B16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

ESCUPIEDERA Y SISTEMA DE SUCCIÓN

- B17 ESCUPIEDERA DE PORCELANA, OPALINA O CERÁMICA.
- B18 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA REGULABLE PARA ESCUPIEDERA (LLAVE U OTRO).
- B19 SISTEMA DE SUCCIÓN PARA SALIVA.
- B20 SISTEMA DE SUCCIÓN PARA COÁGULOS.
- B21 ESCUPIEDERA PROVISTA DE TRAMPA DE RESIDUOS SÓLIDOS.



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040130012

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : UNIDAD DENTAL CON SILLÓN INCORPORADO

UNIDADES FUNCIONALES : ODONTOLOGÍA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- B22 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
SURTIDOR DE AGUA Y SOPORTE PARA VASO
- B23 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA AUTOMÁTICO O MANUAL (SENSOR DE PROXIMIDAD, LLAVE DE TIPO DIGITAL U OTRO).
- B24 CAÑERÍA PARA LLENADO DE VASO Y LAVADO DE ESCUPIDERA, CROMADAS O DE MATERIAL PLÁSTICO DE SUPERFICIE LISA PARA UNA ADECUADA DESINFECCIÓN.
SILLON DENTAL
- B25 ELECTROMECAÁNICO ACTIVADO POR MOTOR REDUCTOR DE BAJA TENSION DE 24 VOLTIOS.
BASE CON DISEÑO ERGONÓMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO, CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO.
- B26 CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLÓN Y/O TORRE HIDRÁULICA.
MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO DEL ASIENTO; SUBIDA Y DESCENSO DEL RESPALDO; VUELTA AUTOMÁTICA A LA POSICIÓN CERO; PROGRAMACIÓN DE TRABAJO; ACTIVACIÓN DEL REFLECTOR CON AJUSTE DE INTENSIDAD; INTERRUPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL SILLÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO INTEGRADO Y DE BAJO VOLTAJE.
- B27 **MOVIMIENTO DE RECLINACIÓN DEL RESPALDAR DESDE POSICIÓN TRENDÉLEMBURG.**
- B28 **APOYO DE CABEZA ANATÓMICO, ARTICULADO Y MOVIBLE CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA, ABAJO, ADELANTE Y ATRÁS, PARA AMBIDIESTROS.**
- B29 **APOYABRAZOS INTEGRADO DESPLAZABLE.**
- B30 **RESPALDAR CON ANCHO NO MENOR A 530 mm.**
- B31 **CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 180 Kg.**
- B32 **MANDOS DE CONTROL ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DEL CONTROL DE PIE (PEDAL), OPCIONALMENTE POR PANEL DIGITAL.**
- B33 **RETORNO A POSICIÓN CERO, ALTURA Y RECLINACIÓN ACCIONADO POR BOTONES, OPCIONALMENTE POR PANEL DIGITAL.**
- B34 **TAPIZADO CARENTE DE COSTURAS, DE FÁCIL LAVADO, IGNIFUGO Y RESISTENTE A DESINFECTANTES, EN COLOR INSTITUCIONAL.**

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS / ADITAMENTOS

- C01 DOS (02) PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE 300000 RPM O MÁS, CON SISTEMA PUSH BOTON.
- C02 UN (01) MICROMOTOR CON PIEZA DE MANO Y CONTRAANGULO.
- C03 UNA (01) JERINGA TRIPLE ASÉPTICA, CON CINCO (05) TERMINALES DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES, ADICIONALES.
- C04 UNA (01) LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN INCORPORADO AL EQUIPO.
- C05 UNA (01) PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDO INCORPORADO AL EQUIPO, CON TRES (03) PUNTAS PARA TRATAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS, COMO MÍNIMO.
UN (01) SISTEMA MULTIMEDIA CONFORMADO POR: CÁMARA INTRAORAL, HD, TIPO PIEZA DE MANO; PANTALLA DIGITAL HD, TIPO LCD DE 17" O MAYOR; SOPORTE, TIPO BRAZO, PARA MONTAJE PANTALLA DIGITAL EN LA UNIDAD DENTAL.
- C06 DOS (02) RECIPIENTES ADICIONALES PARA SUMINISTRO DE AGUA DESTILADA Y DESINFECTANTE.
- C07 UN (01) TABURETE ERGONÓMICO RODABLE Y DE ALTURA REGULABLE, NEUMÁTICO, EN COLOR INSTITUCIONAL
- C08 UN (01) VINIL (VINILO) PROTECTOR PARA EL SILLÓN DENTAL.
- C09 UN (01) FILTRO DE AGUA EN CAJA DE CONEXIONES.
- C10 UN (01) JUEGO DE LLAVES DE PASO DE AGUA Y AIRE EN CAJA DE CONEXIONES.

TSI - ESSALUD
DIF. SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

05 AGO 2022
Página 2 de 3

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040130012

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : UNIDAD DENTAL CON SILLÓN INCORPORADO

UNIDADES FUNCIONALES : ODONTOLOGÍA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

C12 UN (01) REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN CAJA DE CONEXIONES.

C13 UN (01) MANÓMETRO PARA CONECTAR ENTRE LA PIEZA DE MANO Y EL CONECTOR DEL MÓDULO.

INSUMOS / CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demanda.

C14 DOS (02) FRASCOS DE SPRAY LUBRICANTES DE PIEZA DE MANO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 mL.

C15 DOS (02) REPUESTOS PARA LÁMPARA DENTAL (FUENTE DE ILUMINACIÓN).

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

ISO 13485 : 2016 "Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes).

NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente).

ISO 9001 : 2015 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements).

