

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-254	40110054



REV. 01-09-2014

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : URETERO RENOSCOPIO.

UNIDADES FUNCIONALES : UROLOGIA.

PACIENTES : ADULTOS.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES :

- A01 OCULAR ANGULADO
- A02 LONGITUD DE TRABAJO: 43 cm ó MAYOR.
- A03 DIAMETRO: 11 FRENCH O MENOR.
- A04 CON CANAL PARA INSTRUMENTACION.
- A05 CANAL DE IRRIGACION/ASPIRACION (CON DOS VALVULAS TIPO LUER-LOCK)

B FUENTE DE LUZ FRIA:

- B01 LAMPARA DE ILUMINACION LED O HALOGENA DE 150 WATTS O MAS O XENON DE 150 WATTS O MAS.
- B02 CON CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACION.
- B03 DOS (02) CABLES DE FIBRA OPTICA DE 2 METROS O MAS

C ACCESORIOS

- C01 DOS (02) PINZAS PARA FRAGMENTOS DE CALCULOS (COCODRILO)
- C02 DOS (02) PINZAS PARA CALCULOS Y FRAGMENTOS MAYORES (TIPO RAT TOOTH)
- C03 TRES (03) LAMPARAS DE REPUESTO (EN CASO NO SER TECNOLOGIA LED).
- C04 CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION DE TODO EL INSTRUMENTAL Y URETERORENOSCOPIO.

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- D01 220VAC / 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

