

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-018	20100123 – 20100124 – 20100125 – 20100126 - 20100127

GRUPO O FAMILIA: CENTRO QUIRURGICO

NOMBRE: ALAMBRE QUIRURGICO



EMPAQUE

- Doble empaque (Sobre por 4 unidades como mínimo).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Peel open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases (debe incluir el tipo de aguja en el sobre).

MATERIAL

- Acero inoxidable grado quirúrgico.
- Acabado : Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición biológica : Estéril, atóxico.

CARACTERISTICA

- Hilo metálico monofilamentoso, de aspecto homogéneo, inerte, resistente a la corrosión, no magnético, no debe provocar reacción tisular.
- Provisto en uno de sus extremos de una aguja metálica (cortante) en forma de media luna.
- Debe existir compatibilidad o concordancia entre diámetro de la aguja y la hebra.
- Debe ser resistente a la fuerza de tensión en unión hebra-aguja.
- Debe tener resistencia excepcional que permita el uso de calibres sumamente pequeños.

DIMENSIONES

- Aguja medio círculo cortante de : 45 – 50 mm.
- Longitud de filamento o hebra : 45 cm \pm 5%
- Nº 3, 4 y 5.

(*) Calibres y dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

