

<b>CODIGO IETSI</b>	<b>CODIGO SAP</b>
MM-037	20205839

**GRUPO O FAMILIA: OTORRINOLARINGOLOGÍA**

**NOMBRE: AUDÍFONO IMPLANTABLE TRANSCUTÁNEO POR CONDUCCIÓN ÓSEA**

Jueves, 08 de Setiembre del 2014



**EMPAQUE**

- Individual, Aséptico y resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Peel Open de apertura uniforme.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL**

- Aleación de Titanio y acrílico
- Componentes electrónicos de última tecnología
- Condición biológica: estéril, atóxico y apirógeno.

**CARACTERÍSTICA**

- Fabricado según normas de validación que aseguren la calidad del producto.
- Sistema auditivo por conducción ósea de titanio implantable Bio compatible colocado en la tabla ósea de retención magnética y este a su vez a un audifono externo.
- Procesador de sonido por conducción ósea de unión magnética e inalámbrica. Sistema de audición digital completamente programable.
- Produzca una transmisión sonora hasta 24 decibeles (db).
- Mínimo 4 canales.
- Material externo plástico con un disco de acero resistente a corrosión, peso que no exceda a 10 gramos (con batería).
- 16 o más bandas de frecuencia (o canales de procedimiento).
- Reducción automática de ruido.
- Control de volumen.
- Consumo de energía a pilas.
- Aviso de batería baja.

**MODELO**

Audifono Implantable Transcutáneo por Conducción Ósea

**ACCESORIOS**

Debe incluir 12 pilas secas; estuche deshumecedor

**GARANTÍA**

Tres años mínimos

(\* ) La casa proveedora deberá proporcionar el soporte de mantenimiento anual del audifono implantable, sin costo alguno incluyendo las piezas que estén deterioradas.

