

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-041	20103627 – 20103628 – 20103629 – 20103630 – 20103631 – 20103632 – 20103633 – 20103634 – 20103635 – 20103636 – 20103637 – 20103638 – 20103639 - 20103640

**GRUPO O FAMILIA: CARDIOPEDIATRIA**

**NOMBRE: BALON DE VALVULOPLASTIA PEDIATRICA**



Vicmes. 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Doble
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

**MATERIAL**

- Nylon II Pebax Teflonado
- Marcas Platinum Iridium
- Condición biológica: Estéril, atóxico, apirógeno no trombogénico.

**CARACTERISTICA**

- Longitud del catéter 65 cm
- Diámetro del catéter 2.5 y 3.5 fr
- Para uso con aguja 0.014"
- Introdutores de 3 y 4 fr
- Marcas de Platinum.

**DIMENSIONES**

- Diámetro: 4.0 mm
- Longitud: 2 cm

INTRODUCTORES (fr)	DIAMETRO (mm)	LONGITUD (cm)
3 fr	4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8, 9.0, 9, 10 mm	2 cm
4 fr	4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8, 9.0, 9, 10 mm	2 cm
3 fr	9, 10 mm	4 cm
4 fr	9, 10 mm	4 cm

