

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-042	20103508 – 20103509 – 20103510 – 20103511 – 20103512 – 20103513 - 20103514 – 20103515 – 20103516 - 20103507

**GRUPO O FAMILIA: CARDIOPEDIATRIA**

**NOMBRE: BALON PARA DILATACION DE COARTACION DE AORTA**



Viernes, 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Doble
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

**MATERIAL**

- Catéter de Pebax y bandas de imagen de Platino
- Balón de Polímero - no complaciente
- Marcadores radiopacos de Platino
- Condición biológica: Estéril, atóxico, hipoalergénico no trombogénico.

**CARACTERISTICA**

- Diseño de balón dentro de balón
- Balón interno tiene un diámetro igual a la mitad del balón externo
- Longitud del balón interno es 1 cm menor que la del externo
- 4 marcadores radiopacos de Platino
- Todos los catéteres son para uso con guía 0.035"
- Presión máxima de ruptura: de 10 a 3.0 atm.

**DIMENSIONES**

Dimensiones de acuerdo al siguiente cuadro:

DIAMETRO DEL BALON EXTERNO (mm)	LONGITUD DEL BALON EXTERNO (cm)
8 mm	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 cm
10 mm	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 cm
12 mm	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
14 mm	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
15 mm	3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
16 mm	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
18 mm	2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
20mm	3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
22mm	3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm
24mm	3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 cm

\*Otras dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario

