

|              |            |
|--------------|------------|
| CODIGO IETSI | CODIGO SAP |
| MM-043       | 20104065   |

**GRUPO O FAMILIA: GINECO - OBSTETRICIA**

**NOMBRE: BALON PARA HEMORRAGIA INTRAUTERINA POST PARTO**



Viernes, 24 de Enero de 2014

### **EMPAQUE**

- Individual
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

### **MATERIAL**

- De Silicona grado médico al 100 % (no látex)
- Condición biológica: Estéril

### **CARACTERISTICA**

- Dispositivo con balón para uso intrauterino.
- Capacidad e insuflado 500 ml.
- Dren tubular para secreción hemática.
- Conexión para jeringa con llave de control.
- Jeringa de 60 ml.

### **DIMENSIONES**

- Volúmen de balón 500 ml.
- Longitud de sonda 54 cm.
- Diámetro de sonda 24 fr.

