

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-096	20102983 – 20102989 - 20100338

GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA CARDIOVASCULAR

NOMBRE: CATETER BALON INTRAAORTICO (*)



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- Polímero, siliconizado, termosensible. Balón látex o similar de uso clínico hospitalario invasivo, acorde a los estándares internacionales de calidad.
- Condición biológica : Estéril, atóxico, apirógeno, hipoalérgico, no trombogénico.

CARACTERISTICA

- Atraumático.
- Hidrofilico.
- Radiopaco, con balón proximal que soporte la presión barométrica (6 a 17 atmósferas).
- Autosellable.
- Superficie interna lisa.
- Extremo proximal en ángulo, aproximado de 145 grados (ángulo menor de 45°).
- Inflado uniforme, no deformable.

DIMENSIONES

- Diámetro : 8.0, 8.5, 9.0 french.
- Longitud : 40 cm.

(*) Tipos, calibres y dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

