

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-100	20104225

**GRUPO O FAMILIA: GASTROENTEROLOGIA**

**NOMBRE: CATETER DE DOS CANALES DE PH CON 21 CM DE SEPARACION**



Viernes, 24 de Enero de 2014

### EMPAQUE

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes
- Ronulado según bases

### MATERIAL

- Tubo de inserción de poliuretano
- Fabricado en monocristal de antimonio
- Cable de señal de cobre
- Gotita de antimonio
- Conector ABS
- Conector tipo teléfono de 8 pines

### CARACTERISTICA

- 01 sensor de ph esofágico a 20 cm del extremo distal
- Diámetro: 6.4 F / 2.13 mm
- Referencia interna
- Libre de látex
- Que garantice vigencia de 2 años mínimo a partir de la fecha de fabricación.

### Función:

- Determinación del nivel de ácido que llega a la región faringo - esofágica en pacientes con posibilidad diagnóstica de reflujo gastroesofágico.
- Evaluación de pacientes que van a recibir tratamiento quirúrgico antirreflujo.

### DIMENSIONES

Para una longitud de esófago mayor o igual a 21 cm.

