

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-102	20100417 – 20100414 – 20100415 - 20100416

GRUPO O FAMILIA: RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

NOMBRE: CATÉTER DE NEFROSTOMIA (*)



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- Poliuretano siliconizado o similar, de uso clínico hospitalario.
- Condición biológica : Estéril, atóxico, apirógeno, no trombogénico.

CARACTERÍSTICA

- Cuerpo proximal firme con construcción de malla altamente resistente (que no debe deformarse con el uso)
- Lumen de calibre uniforme y con orificio proximal en anillo y debe tener sistema de seguridad.
- Terminación del catéter guía en punta.
- Atraumático, radiopaco.

DIMENSIONES

- Longitud : 20 - 30 cm.
- Diámetro : 8 - 14 french.

(*)Tipos y medidas de acuerdo al requerimiento del usuario.

