

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-105	20104226

GRUPO O FAMILIA: GASTROENTEROLOGIA

NOMBRE: CATETER DIRECCIONAL DE AIRE PARA MANOMETRIA ANO - RECTAL



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

MATERIAL

- Tubo de inserción de poliuretano
- Con estilete de teflón
- Con cable adaptador a sistema central de procesamiento

CARACTERISTICA

- Libre de látex
- Que tenga vigencia de 2 años mínimo a la fecha de fabricación.

Función:

- Medición de presiones en el esfínter anal: basales, de contracción y esfuerzo evacuatorio
- Determinación de la sensibilidad rectal
- Determinación de la capacidad de distensibilidad rectal.

DIMENSIONES

No aplicable.

