

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-112	20100458 – 20100457 - 20100459

**GRUPO O FAMILIA:** ANESTESIOLOGÍA

**NOMBRE:** CATETER EPIDURAL



### EMPAQUE

- Doble
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel Open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

### MATERIAL

- Material radiopaco biocompatible, de uso clínico hospitalario, que no interactúe con las soluciones a transfundir.
- Acabado : Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición biológica : Estéril, atóxico, apirógeno, hipoadérgico.

### CARACTERÍSTICA

- Terminal del catéter en punta roma con agujeros laterales.
- Tiempo de vida útil no menor de 7 días.
- Con conector ajustable a cualquier tipo de jeringa.
- Con o sin filtro antibacteriano.
- Con graduación para determinar el nivel de ingreso( no menor de 20 cm).

### DIMENSIONES

(\*) Calibres y dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

