

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-113	20100473

**GRUPO O FAMILIA:** RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

**NOMBRE:** CATÉTER GUÍA MPD



Viernes, 24 de Enero de 2014

### EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

### MATERIAL

- Poliuretano silicizado o similar, de uso clínico hospitalario.
- Condición biológica : Estéril, atóxico, apirógeno.

### CARACTERÍSTICA

- Cuerpo proximal firme con construcción de malla altamente resistente.
- Lumen de calibre uniforme y con orificio proximal de corte recto o angulado.
- Terminación del catéter guía en punta o romo.
- No trombogénico, radiopaco.
- No debe lesionar los tejidos durante su uso.
- Que no se deteriore durante su uso (no pierda sus propiedades y características físicas).
- Estéril con óxido de etileno o rayos Gamma.

### DIMENSIONES

- Longitud total : 80 - 100 cm.
- Diámetro : 6- 7 french.

