

<b>CODIGO IETSI</b>	<b>CODIGO SAP</b>
MM-118	20103400

**GRUPO O FAMILIA:** CIRUGIA CARDIOVASCULAR

**NOMBRE:** CATETER PARA CRIOABLACION DE LAS ARRITMIAS CARDIACAS



Viernes, 24 de Enero de 2014

### **EMPAQUE**

- Doble:
  - Primario. material de Tyvek/PVC
  - Secundario. cartón
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

### **MATERIAL**

- Catéter de acero inoxidable
- Manguera de conducción de polietileno de alta densidad.
- Condición biológica: Estéril, atóxico, apirógeno.

### **CARACTERISTICA**

- Catéter para crioablación maleable en su extremo distal entre 25 mm y 100 mm.
- Catéter que permita monitorización de la temperatura
- Catéter que permita mantener la temperatura de -160°C durante el tiempo de tratamiento.

### **DIMENSIONES**

- De 7 cm a 10 cm.

\* Otras dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

