

| CODIGO IETSI | CODIGO SAP  |
|--------------|---|
| MM-123       | 20100630 – 20100631 – 20100632 – 20100633 – 20100634 – 20100635 – 20100636 -<br>20100637 - 20100638 |

**GRUPO O FAMILIA:** CIRUGIA DE TORAX

**NOMBRE:** CATETER TORAXICO (\*)



### EMPAQUE

- Doble empaque
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

### MATERIAL

- Polivinil silicizado o similar de uso clínico hospitalario.
- Condición biológica: Estéril, atóxico, apirógeno, hipalergénico.

### CARACTERISTICA

- Catéter con bordes lisos, punta roma, con orificios laterales, de extremos abiertos, uno de ellos de menor diámetro.
- No trombogénico
- Con guía radiopaca.
- No debe lesionar los tejidos durante su uso
- Que no se deteriore durante su uso (no pierda sus propiedades y características físicas)
- Presentación: recto o curvo de acuerdo al cuadro de necesidades.

### DIMENSIONES

- Longitud 50 - 60 cm
- Diámetro 10 - 40 french

(\*) Tipos y medidas de acuerdo al requerimiento del usuario.

