

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-168	20402562

GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: CONEXION PARA BARRA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado : según bases

MATERIAL

- Implante de aleación de Titanio, biocompatible
- Condición biológica : Aséptico

CARACTERISTICA

- Conector de barra (Cross link)
- Consta de dos barras
- Estabilizador transversal
- Resistencia a la torsión y a la compresión axial
- Compatible con equipos de Rx, TAC y Resonancia magnetica
- Autoclavable
- En el implante debe estar grabado: codigo del producto, lote y marca.

DIMENSIONES

- Barra transversal de 3.5 mm de diámetro o 0.625" a 2.95 pulgadas.
- Rótulas de: 6.0 de diámetro

* Instrumental y otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa.

