

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-186	20103248

GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA ABDOMINAL Y ORGANOS SOLIDOS



NOMBRE: DISECTOR - COAGULADOR, DE RADIO FRECUENCIA PARA CIRUGIA ABIERTA

Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble
- Peel open
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

MATERIAL

- Descartable de PVC (Polivinil Cloruro), con punta de acero inoxidable
- Condición biológica: Estéril

CARACTERISTICA

- Dispositivo electroquirúrgico monopolar descartable
- Utiliza energía de radio frecuencia e irrigación simultánea con solución salina para la disección roma, sellado hemostático y la coagulación de los tejidos de órganos sólidos.
- Evita la formación de partículas de carbón que permita el resangrado.
- Utiliza como fuente de poder el electrocauterio convencional con tres entradas, no requiriendo otro dispositivo
- Punta de electrodo de acero inoxidable: de bola flotante o de disección según requerimiento de usuario.

DIMENSIONES

- Largo de mango: 8 - 12 cm
- Extensión del ancho del tubo: 4 - 6 cm
- Angulo final: 5 - 15 grados

