

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-189	20104272



GRUPO O FAMILIA: RADIOTERAPIA

NOMBRE: DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE PLACA BASE A CAMILLA NO INDEXADA

Jueves, 13 de Noviembre de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Metal

CARACTERÍSTICA

- Dispositivo de Fijación de Placa Base a la Camilla para TAC – Simulador.
- Dispositivo de Fijación de Placa Base a la Camilla para Acelerador Lineal.
- Compatible con Camilla Indexada y con Camilla Tipo PRODIGY.
- Posicionamiento para Alta Precisión

DIMENSIONES

- De acuerdo al requerimiento.

