

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-190	20104270



GRUPO O FAMILIA: RADIOTERAPIA

NOMBRE: DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA BASE DE CABEZA Y CUELLO

Jueves, 13 de Noviembre de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Metal

CARACTERÍSTICA

- Dispositivo de Fijación de Placa Base a la Camilla para TAC – Simulador.
- Dispositivo de Fijación de Placa Base a la Camilla para Acelerador Lineal.
- Compatible con Camilla Tipo IBEAM.
- Posicionamiento para Alta Precisión

DIMENSIONES

- De acuerdo al requerimiento.

