

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-193	20104145

**GRUPO O FAMILIA: ESPECIALIDADES QUIRURGICAS**

**NOMBRE: DISPOSITIVO DE PUERTO UNICO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA**



Viernes, 24 de Enero de 2014

### **EMPAQUE**

- Individual o doble
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

### **MATERIAL**

- Polímero de grado médico
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condición biológica: Estéril, hipoalergénico, atóxico, biocompatible.

### **CARACTERISTICA**

- Dispositivo único
- Que permita el ingreso de tres a más trócares de diferentes medidas entre 5 mm y 15 mm.
- Debe permitir el intercambio y rotación de los trócares y evitar fuga de CO2.
- Llave de ingreso para CO2.
- Dispositivo empleado para incisiones entre 1.5 cm y 7 cm.

### **DIMENSIONES**

Estándar.

