

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-202	20103126

GRUPO O FAMILIA: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia

NOMBRE: ELECTRODOS PARA GENERADOR ELECTROQUIRURGICO DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual o doble empaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- Electrodo con terminales en la punta protegidos y separados por plástico cubierto con metal aislante y mango de plástico proximal.

CARACTERISTICA

Electrodo con terminales en la punta protegidos y separados por plástico cubierto con metal aislante y mango de plástico proximal.

FUNCIÓN:

- Sistema de ablación y coagulación para ser usados en medio líquido que permite llegar a la mayoría de elementos blandos articulares.

DIMENSIONES

- De 2.3 a 3.6mm de diámetro en ángulos de 0°, 30°, 45°, 50°, 60° y 90°
- Largo aproximadamente de 20cm

