

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-222	20101005

GRUPO O FAMILIA: EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS

NOMBRE: EQUIPO PARA PRESION VENOSA CENTRAL



EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según Bases.

MATERIAL

- Polivinil cloruro rígido o similar de uso clínico hospitalario, acorde a las normas internacionales de calidad
- Acabado : Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición biológica : Estéril, atóxico, apirógeno.

CARACTERISTICA

- Tubo flexible y transparente.
- Con protectores en los extremos.
- Tubuladura de medición debe ser de 95 a 125 cm.
- Con clamp de seguridad o regulador del flujo con tope.

Accesorios

CINTA METRICA DE LECTURA DE LA PRESION VENOSA CENTRAL:

- De preferencia semirígida, graduada hasta 35 ± 5 cm de longitud.

DIMENSIONES

- Estándar.

