

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-226	20402529 – 20402530 – 20402531 – 20402532 - 20402528

GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: ESPACIADOR INTERESPINOSO LUMBAR DE TITANIO



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Titanio o aleación de Titanio
- Condición biológica: Aséptico biocompatible.

CARACTERISTICA

- Implante de Titanio o aleación de Titanio.
- Centro de rotación cerrado al canal espinal.
- Superficie con dentado simétrico.
- Compatibles con equipos Rx, TAC, Resonancia magnética.
- En el implante debe estar grabado: código del producto, marca y lote

DIMENSIONES

- Alturas: 16 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm.

* Instrumental y otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa, así como los canjes necesarios de los componentes solicitados.

