

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-227	20103447 – 20103442 – 20103443 – 20103444 – 20103445 - 20103446

**GRUPO O FAMILIA:** NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA

**NOMBRE:** ESPACIADOR INTERVERTEBRAL CERVICAL



Victorio, 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

**MATERIAL**

- Polieterecetona (PEEK) polimero de alta densidad o Titanio.
- Condición biológica: aséptico, biocompatible.

**CARACTERISTICA**

- Polimero Polieterecetona (PEEK) o Titanio biocompatible y radiotransparencia.
- Autoclavable
- Implante grabado con el producto N° de lote, logotipo de la marca
- Forma de cuña de ambos tipos de espaciadores
- Compatibles con equipos de RX, TAC y Resonancia Magnética.
- Diseños convexos o cuneiformes.
- Con o sin injerto incorporado.

**DIMENSIONES**

- Altura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Ancho 11, 14, 15 mm
- longitud 11, 12.5, 14 mm

\* Instrumental, diseños u otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa.

