

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-240	20101045

**GRUPO O FAMILIA:** CIRUGIA PLASTICA

**NOMBRE:** EXPANSOR PROTESIS: PARA RECONSTRUCCION MAMARIA



Viernes, 24 de Enero de 2014

### EMPAQUE

- Doble empaque individual estéril
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: según bases

### MATERIAL

- Silicona
- Estéril, hipoalergénico, atóxico, biocompatible, apirógeno

### CARACTERISTICA

#### SUPERFICIE:

- Liza
- Texturizada

#### VALVULA:

- Remota
- Incorporada (magnética)
- Otros

#### FORMA:

- Redondo
- Biodimensional
- Anatómico
- Otros

#### PROYECCION:

- Perfil alto
- Perfil Intermedio
- Perfil bajo
- Otros

#### CONTENIDO:

- Con gel de silicona:
  - Grado de cohesividad según requerimiento
  - (% gel de silicona y % de solución salina según requerimiento)
- Vacío: (para solución salina)
- Otros

#### LUMEN:

- Único
- Doble Lumen
- Otros

### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES Y VOLUMEN

- Según requerimiento

