

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-284	20402696

GRUPO O FAMILIA: UROLOGIA GENERAL Y PEDIATRICA

NOMBRE: **IMPLANTE ENDOSCOPICO PARA TRATAMIENTO DE REFLUJO VESICO - URETERAL**



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Gel estéril viscoso compuesto por microesferas de dextranmero en ácido hialurónico estabilizado de origen no animal ó
- Colipolimero de poliacrilato/polialcohol en partículas inmersas en solución glicerol al 40%
- Condición biológica: estéril, atóxico, apirógeno, hipoadérgico, biocompatible, no trombogénico.

CARACTERISTICA

- No perder sus condiciones físico químicas durante su aplicación
- De fácil emplazamiento y ubicación
- No debe lesionar tejidos durante su uso
- No debe migrar por el tamaño de la microesfera

DIMENSIONES

Componentes: Jeringa pre-llenada con 1cc del implante
Kit de aplicación

