

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-302	20103106

GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA UROLOGICA

NOMBRE: INSTRUMENTO DE BIOPSIA CON DISPARADOR AUTOMATICO, DESCARTABLE



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Empaque individual
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases

MATERIAL

TIPO : Aguja de acero Inoxidable y mango de PVC grado médico
 Condiciones Biológicas : Estéril, hipoaérgico, atóxico, biocompatible
 Condiciones Sanitarias : Acorde con las Normas Internacionales de calidad y bioseguridad

CARACTERISTICA

- Mango y aguja en un solo elemento.
- Cánula coaxial marcada centimetrada.
- Aguja de biopsia que conste de estilete y hendidura de 17 a 20 mm.
- Punta ecogénica.
- Botón de seguridad.
- Dispositivo con dos puntos de disparo.
- Factible de ser operado con una sola mano.

DIMENSIONES

Diámetro : de 18 G
 Longitud : de 20 cms
 Aguja de penetración de 22 mm

