

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-316	20103728 – 20103727 - 20103729

GRUPO O FAMILIA: AREAS CRITICAS

NOMBRE: JUEGO DE MASCARA LARINGEA PARA INTUBACION ENDOTRAQUEAL



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- Jefe de Silicona, autoclavable
- Polipropileno/ Acetato/ Acero Inoxidable.
- Condición biológica: Aséptico o estéril

CARACTERISTICA

- Esterilizar a vapor de 134° Centígrados con Cuff diseñado para desinflar completamente.
- Para intubación difícil (Mallamparti Modificado Grado III o IV).
- Con conector removible, compatible con tubos endotraqueales standar u otros aditamentos.

DIMENSIONES

Según el siguiente cuadro:

LONGITUD DE MASCARA EN CM. +- 5%	ANCHO DE MASCARA EN CM. +- 5%	DIAMETRO INTERNO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL (T.E.T.) MM.
8.0	X 4	7.0
7.5	X 4	7.5
8.7	X 4	8.0

