

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-344	20402416

GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA CABEZA CUELLO MAXILOFACIAL

NOMBRE: MALLA PREFORMADA PARA PISO DE ORBITA SISTEMA 1.5 MM



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Caja sellada no esteril, tipo modular
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Titanio
- Condición biológica: Estéril o aséptico

CARACTERISTICA

- Malla preformada de piso orbital

ADITAMENTOS:

- Minitornillos de 1.5 x 5 mm
- Minitornillos de 1.5 x 6 mm
- Minitornillos de 1.5 x 7 mm

MINITORNILLOS DE EMERGENCIA:

- Minitornillos de 1.8 x 3.5 mm
- Minitornillos de 1.8 x 5 mm
- Minitornillos de 1.8 x 7 mm

BROCA

- 1.1 X 5.0 mm con tope de 3.5 mm
- 1.1 x 5.0 mm con tope de 7 mm

DIMENSIONES

- Malla preformada de 0.3 mm de grosor
- Otras dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

