

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-356	20103297

GRUPO O FAMILIA: CARDIOLOGIA

NOMBRE: MARCAPASO DEFINITIVO CON RESINCRONIZACION CARDIACA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Peel Open.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL

- Generador de titanio de uso clínico hospitalario
- Circuitos electrónicos
- Catéteres de silicona y/o poliuretano
- Electrodo de platino y/o aleación metálica biocompatible.
- Condición Biológica: estéril, atóxico, apirógeno, hipoalérgico, biocompatible.

CARACTERISTICA

- Estimulación atrial, ventricular derecha y ventricular izquierda
- Multiprogramable
- Terapia de resincronización atrio biventricular
- Capacidad de test automático de umbrales y electrogramas intracardiacos en tiempo real
- Catéter electrodo atrial bipolar de fijación activa e introductor de apertura manual
- Catéter electrodo ventricular derecho bipolar de fijación pasiva o activa e introductor de apertura manual
- Catéter electrodo ventricular izquierdo unipolar o bipolar con sistema o Over The Wire (OTW) y sistema para implante y venografía en seno coronario
- Tapón ciego tipo IS-1

DIMENSIONES

GENERADOR

Peso: 25 a 30 gr
 Volúmen: 10 a 16 cc

CATETER ELECTRODO ATRIAL

Longitud: 34 a 46 cm
 Diámetro: 5 a 8 Fr.

CATETER VENTRICULAR DERECHO

Longitud: 50 - 59 cm
 Diámetro: 5 a 8 Fr.

CATETER VENTRICULAR IZQUIERDO

Longitud: 60 a 90 cm
 Diámetro: 4 a 7 Fr.

* Otras dimensiones y características del producto de acuerdo al requerimiento del usuario.

