

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-408	20103334

GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA

NOMBRE: NEUROESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDO UNILATERAL (GENERADOR DE IMPULSOS)



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado : Según bases

MATERIAL

- Casco externo elaborado con Titanio

CARACTERISTICA

- Amplitud de Pulso : de 0 a 10.5 voltios por cada emisor
- Frecuencia : de 2 a 185 Hz (pps)
- Ancho de Pulso : de 60 a 450 useg.
- Polaridad eléctrica : Positivo , negativo , on, off
- Duración de la batería : 3 a 5 años

DIMENSIONES

- Tamaño : No mayor de 60 mm x 70 mm x 11 mm.
- Peso : No mayor de 50 gramos.

* El Proveedor proporcionará el equipo de microrregistro necesario para el implante del Sistema de Estimulación.

