

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-525	20103360



GRUPO O FAMILIA: GINECOLOGIA

NOMBRE: SET DE REPARACION TRANSOBTURATRIZ DE PROLAPSO ANTERIOR CON MALLA

EMPAQUE

- Doble empaque individual para los componentes del set.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL

- Cuatro agujas de acero quirúrgico en forma helicoidal, centrado con manija de plástico ergonómica.
- Dos agujas superiores y dos agujas inferiores.
- Malla monofilamento macroporoso de polipropileno.
- Condición Biológica: Estéril.

CARACTERISTICA

Malla monofilamento: macroporoso de polipropileno.

- Cuatro apéndices de autofijación
- Cuatro vainas de inserción de plástico extraíble que cubra los cuatro apéndices y los cuatro conectores, acoplados a las vainas de inserción.

DIMENSIONES

Agujas:

- Cuatro agujas en forma helicoidal

Malla de 5 cm x 10 cm

Apéndices de fijación de malla 1.1 cm x 23 cm.

