

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-545	20402517

GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: SISTEMA DE FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA DORSO LUMBAR CON PLACA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado : según bases

MATERIAL

- Titanio o aleación de Titanio
- Condición biológica: Aséptico, biocompatible.

CARACTERISTICA

- Implante de Titanio o aleación de Titanio
- Consta de: 04 Rotulas sencillas, 04 tornillos autorroscable (del sistema) 01 barra maleable
- Compatibles con equipos Rx, TAC, Resonancia magnética
- Autoclavable
- En el implante debe estar grabado: Código del producto, lote, medida y marca

DIMENSIONES

CONSTA DE:

- Placas torácicas 4 cm, 5cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm.
- Tornillos de bloqueo, 4.5 mm, 6.5 mm, 7.5 mm, autorroscable de diámetro y Longitudes de 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm.
- Perno con tuerca de 5.5 mm de diámetro, longitudes: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm.
- Perno con tuerca de 7.0 mm de diámetro, longitudes, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 mm.

* Colores y dimensiones de los componentes de acuerdo al fabricante

* Instrumental y otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa, como los canjes necesarios de los componentes solicitados.

